Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

SWEDAC

ISSN 1400-4682

Utgivare: Sven Nyström

STAFS 2001:11

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter för periodisk omverifiering av vågar som används vid vägning av hushållsavfall

Beslutade den 15 juni 2001

Beställning:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

SWEDAC
Box 878
501 15 BORÅS

Tel. 033-17 77 00
Fax 033-10 13 92

SWEDAC
Box 2231
103 15 STOCKHOLM

Tel. 08-406 83 00
Fax 08-791 89 29

Hemsida: www.swedac.se

ISSN 1400-4682
AB Multitryck, Borås

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

SWEDAC

ISSN 1400-4682

Utgivare: Sven Nyström

STAFS 2001:11
Utkom från trycket
2002-01-30

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter för periodisk omverifiering av vågar som används vid vägning av hushållsavfall

beslutade den 15 juni 2001

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskriver[1)] följande med stöd av 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1 § Dessa föreskrifter gäller periodisk omverifiering av vågar som används vid bestämning av avgift, baserat på massa, för hämtning av avfall hos privathushåll.

Föreskrifterna kompletterar SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 2000:1) för vågar som används vid vägning av hushållsavfall samt SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 1998:7) om icke-automatiska vågar.

2 § Definitioner:
Automatisk våg: Ett mätdon med vilken massan hos en kropp bestäms med hjälp av tyngdkraftens inverkan på kroppen eller som används till att bestämma andra massarelaterade storheter, mängder, parametrar eller egenskaper och *som inte kräver medverkan av en operatör* vid vägningen.

Icke-automatisk våg: Ett mätdon med vilken massan hos en kropp bestäms med hjälp av tyngdkraftens inverkan på kroppen eller som används till att bestämma andra massarelaterade storheter, mängder, parametrar eller egenskaper och *som kräver medverkan av en operatör* vid vägningen.

KRAV PÅ ICKE-AUTOMATISKA VÅGAR

3 § Icke-automatiska vågar, som används för det ändamål som anges i 1 §, skall uppfylla de krav och ha genomgått sådan bedömning av överensstämmelse som följer av SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 1998:7) om icke-automatiska vågar med undantag för 10-12 §§ om kontroll av vågar i drift. För sådan periodisk omverifiering gäller i stället 5-10 §§ i dessa föreskrifter.

KRAV PÅ AUTOMATISKA VÅGAR

4 § Automatiska vågar som används för det ändamål som anges i 1 §, skall uppfylla de krav och ha genomgått sådan bedömning av överensstämmelse som följer av SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 2000:1) för vågar som används vid vägning av hushållsavfall.

[1)] Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 398L0048).

PERIODISK OMVERIFIERING

5 § Vågar som används för de ändamål som anges i 1 § skall omverifieras. Omverifiering är en periodiskt återkommande kontroll av att avfallsvågen alltjämt, efter det att den har tagits i bruk, uppfyller kraven i SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 2000:1) för vågar som används vid vägning av hushållsavfall respektive SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 1998:7) om icke-automatiska vågar.

Omverifiering skall ske dels efter reparation eller underhåll som medfört att plomberingen brutits, dels före utgången av giltighetstiden för föregående verifiering. Den första omverifieringen skall ske före utgången av det kalenderår som infaller ett år efter det år då vågen verifierades för första gången.

Giltighetstiden för en omverifiering är ett år och beräknas från den närmast föregående tidpunkten för omverifiering.

Om den senaste omverifieringen utförts i ett annat land inom EES beräknas giltighetstiden från tidpunkten för denna omverifiering.

KONTROLLORGAN

6 § Omverifiering skall utföras av ett kontrollorgan typ A, B eller C som ackrediterats för uppgiften av SWEDAC enligt SWEDAC:s allmänna föreskrifter (STAFS 1998:2) för ackrediterade kontrollorgan.

Omverifieringen kan även utföras av ett kontrollorgan typ A, B eller C från ett annat land inom EES om organet är ackrediterat för uppgiften mot kraven i standarden EN 45004:1995, utg. 1, *Allmänna kriterier på verksamhet av olika typer av organ som utför kontroll*, av ett ackrediteringsorgan som kan visa att det uppfyller och tillämpar kraven i ISO/IEC TR 17010:1998, utg. 1, *General requirements for bodies providing accreditation of inspection bodies*.

Ett kontrollorgan som önskar utföra omverifiering skall anmäla detta till SWEDAC. Efter det att SWEDAC bekräftat att anmälan inkommit får kontrollorganet utföra omverifiering och har rätt att använda SWEDAC:s kontrollmärke för återkommande kontroll. Kontrollorganet skall delta i samordningsaktiviteter och jämförande undersökningar på sätt som framgår av SWEDAC:s allmänna föreskrifter (STAFS 1998:2) för ackrediterade kontrollorgan.

AVGIFT

7 § Ett organ som utför en föreskriven omverifiering skall betala en avgift till SWEDAC enligt 1 § i SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 2001:12) om avgift vid återkommande kontroll av vågar och bränslemätdon. Organet skall dock endast betala avgiften vid periodiskt återkommande omverifiering, dvs. vid omverifiering som påverkar giltighetstiden för verifieringen. Vid en omverifiering som utförs under giltighetsperioden för en verifiering har innehavaren av vågen möjlighet att välja om verifieringen skall påverka giltighetstiden för verifieringen eller inte. Endast om en ny giltighetstid skall räknas från verifieringen utgår en avgift till SWEDAC.

MÄRKNING OCH PLOMBERING

8 § En våg som vid en omverifiering bedömts uppfylla kraven i SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 1998:7) om icke-automatiska vågar eller SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 2000:1) för vågar som används vid vägning av hushållsavfall skall av kontrollorganet förses med sådant kontrollmärke som framgår av bilaga 1 och om plomberingen brutits förses med plombering enligt bilaga 2. Om en våg vid en omverifiering inte bedöms uppfylla kraven skall tidigare kontrollmärke avlägsnas eller förstöras.

RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

9 § Ett kontrollorgan som vid en omverifiering finner att en våg har en felvisning som överstiger den dubbla tillåtna felvisningen enligt SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 2000:1) för vågar som används vid vägning av hushållsavfall, bilaga 1 avsnitt 4.1, eller att vågen på något annat sätt avviker från dessa föreskrifters krav skall rapportera detta till SWEDAC.

ÖVRIGT

10 § SWEDAC kan om det finns särskilda skäl medge avvikelse från dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2002.

Första omverifiering av vågar som tagits i bruk före den 1 mars 2002 skall ske, med undantag för vågar där plomberingen brutits, senast den 3 mars 2003.

LARS ETTARP

Sven Nyström

Bilaga 1

KONTROLLMÄRKE

Vågar som vid omverifiering uppfyllt kraven i SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 2000:1) för vågar som används vid vägning av hushållsavfall eller SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 1998:7) om icke-automatiska vågar skall av det kontrollerande organet förses med SWEDAC:s kontrollmärke för återkommande kontroll. Kontrollmärkets höjd skall vara minst 15 mm. Kontrollmärket skall åtföljas av organets ackrediteringsnummer och månad och år för den genomförda verifieringen. Inget ytterligare får anges på kontrollmärket. Märkningen skall vara väl synlig vid normal användning av vågen.



Bilaga 2

PLOMBERING (försegling)

Plombering skall utföras på det sätt som anges i intyget om överensstämmelse som utfärdats enligt SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 2000:1) för vågar som används vid vägning av hushållsavfall eller SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 1998:7) om icke-automatiska vågar.

Plombering får ske med plomberingsetiketter eller plomberingstråd och plomber i lämpligt material. Plomberna skall vara av sådant material och plomberingen utförd på ett sådant sätt att det inte är möjligt att göra ett ingrepp i vågens plomberade delar utan att förseglingen bryts. Även elektronisk plombering får användas. Plomberingen skall vara utformad på ett sådant sätt att det går att identifiera det organ som utfört plomberingen.